

Produktdatablad

Peristeen Anal Irrigation - Straps

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Peristeen Anal Irrigation - Straps

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. Oplysninger" (hvis Excel-fil)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

3.2. Plast:

Plast-typer: Strap: Polyester, Nylon, Elastomer
Spænde: Polyacetal

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: polyethylen PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materiale genanvendelse	
Inderemballage			Materiale genanvendelse	ja, Mobious-loopet iflg. ISO 14021
Transportemballage			Materiale genanvendelse	ja, Mobious-loopet iflg. ISO 14021



Peristeen Anal Irrigation - Straps

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
29124		5701780979276	Peristeen Straps		10	10		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *