

Elektronisk datablad (Produktdatablad)**SpeediCath® Flex****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SpeediCath®Flex

2.2. Sortimentsoversigt:**2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Andet: Produktet ligger i saltvand med PVP og NMP

Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyurethan, Polyethylen, Polypropylen

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: NMP (Cas# 872-50-4). Produktet er på baggrund af lave koncentrationer af NMP (<0.1%) og eksponeringsscenarier vurderet til at være sikkert.

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: _____

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage	x			
Inderemballage			x	
Transportemballage			x	

SpeediCath® Flex

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
2891001008		05708932017909	SpeediCath Flex - lommestørrelse	CH10	30	4/120stk		*
2891201008		05708932017916	SpeediCath Flex - lommestørrelse	CH12	30	4/120stk		*
2891401008		05708932017923	SpeediCath Flex - lommestørrelse	CH14	30	4/120stk		*
2891601008		05708932017893	SpeediCath Flex	CH16	30	3/90stk		*
2892001008		05708932017930	SpeediCath Flex	CH10	30	3/90stk		*
2892201008		05708932017947	SpeediCath Flex	CH12	30	3/90stk		*
2892401008		05708932017954	SpeediCath Flex	CH14	30	3/90stk		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *